

Riferimenti: Procedura Aperta per aggiudicazione appalto per la fornitura di N. 1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOGRAFIA per il Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi dell'Ospedale di Civitanova Marche

AVVISO IMPORTANTE

RISCONTRO QUESITO TECNICO

QUESITO:

Rif. ALLEGATO 4 – CAPITOLATO TECNICO – è stato richiesto quanto segue:

“In considerazione del fatto che nei moderni sistemi radiologici digitali il tempo di esposizione è regolato in modalità automatica all'impostazione dei mAs da parte dell'operatore, in modo da garantire la migliore esposizione ai fini della qualità dell'immagine diagnostica, si evidenzia che la richiesta di un tempo di esposizione inferiore ad 1 ms non comporterebbe un obiettivo beneficio nell'esecuzione dell'esame. Pertanto in sintonia con quanto previsto dall'art. 68 D.Lgs. 163/2006 risultando comunque garantita l'applicazione dei parametri di esposizione ottimali in funzione della diagnosi, si chiede di dare evidenza della motivazione per cui il parametro “tempo minimo d'esposizione non superiore a 1 ms” viene identificato come una “caratteristica di minima” per l'attrezzatura offerta”.

RISPOSTA:

Il Responsabile dell'Ingegneria Clinica dell'ASUR ha formulato la seguente precisazione: *“quale requisito minimo è richiesta sia la modalità automatica (richiamata nella sopra citata comunicazione di chiarimenti) che quella manuale, a cui è correlabile la richiesta di definizione di un tempo minimo di esposizione. Tale modalità è richiesta, in quanto non sempre la modalità automatica è consigliata e praticabile. Per quanto riguarda il requisito minimo richiesto sul generatore di “Tempo minimo d'esposizione non superiore ad 1 ms” si segnala tuttavia la presenza di un refuso, in quanto tale requisito è da intendersi come preferenziale”.*

RISCONTRO QUESITO AMMINISTRATIVO

Rif. ALLEGATO 8 – OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI e ALLEGATO 9 – OFFERTA ECONOMICA – a causa di un mero errore materiale, nella Tabella dove è indicato l'importo a base d'asta unitario è stato segnato in lettere (settantamila/00) che è da intendersi (novantamila/00).